

Số: 67/TM-BVP

Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2025.

V/v mời báo giá cung cấp Máy nén khí khô  
cho máy thở Evita V600 (Seri: ASPJ-0118)  
tại bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện phổi tỉnh Nam Định trân trọng cảm ơn các đơn vị cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế (sau đây gọi là nhà thầu) đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay Bệnh viện Phổi đang có kế hoạch mua máy nén khí khô cho máy thở Evita V600 (Seri: ASPJ-0118) tại khoa Cấp cứu bệnh viện.

Để có đủ căn cứ, cơ sở xem xét xây dựng giá kế hoạch theo đúng Luật đấu thầu và các qui định hiện hành. Bệnh viện Phổi kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam, có chức năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi hồ sơ báo giá về bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định.

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 136 Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhà thầu nộp 01 bản báo giá bản có dấu đỏ.

- Gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định số 136 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (trong giờ hành chính), điện thoại: 0228.3648554

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 31 tháng 03 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Máy nén khí khô cho máy thở Evita V600 (Seri: ASPJ-0118)	Yêu cầu sản phẩm đảm bảo theo phụ lục danh mục kỹ thuật TBYT. Thời gian bảo hành, bảo trì: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao	01	Máy	Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định
<b>Tổng khoản: 01 khoản</b>					

2. Mỗi đơn vị chỉ tham gia chào 01 báo giá

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế: giao hàng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng được ký kết.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hàng hóa; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu khác về vận chuyển, bảo quản trang thiết bị y tế và các thông tin liên quan khác.

6. Yêu cầu khác:

Kể từ khi nhận được yêu cầu trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện ra lỗi do thiết bị y tế bị hư hỏng công ty phải có giải pháp tạm thời để máy hoạt động sau đó hai bên thống nhất cách giải quyết.

7. Thời thực hiện hợp đồng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng được ký kết.

Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để bệnh viện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.


Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định trân trọng kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng công khai trên Website;
- Lưu VTTTBYT, TC-HC, VT.

  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**BỆNH VIỆN**  
**PHỔI**  
**Vũ Quang Phúc**





**PHU LUC DANH MỤC KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ**  
(kèm theo thư mời số: 67/TM-BVP ngày 20 tháng 03 năm 2025)

Stt	Tên hàng hóa	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông số liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy nén khí khô cho máy thở Evita V600 (Seri: ASPJ-0118)	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tính năng chung: Thiết kế dùng cho máy thở</li><li>- Hàng mới 100%</li><li>- Năm sản xuất: 2024 trở về sau</li></ul> <p><b>2. Yêu cầu chi tiết:</b></p> <p><b>2.1. Cấu hình cung cấp.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính có xe đẩy và khóa bánh</li><li>- Phin lọc: 01 cái.</li><li>- Dây dẫn khí: 01 cái.</li></ul> <p><b>2.2. Thông số kỹ thuật.</b></p> <p><b>2.2.1. Yêu cầu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Được sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%.</li><li>- Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp; Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ do nhà sản xuất cấp) hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất; Hồ sơ nhập khẩu gồm: Tờ khai hải quan; Invoice nhập khẩu; Vận đơn vận chuyển; Danh mục đóng gói (Packing list);</li><li>- Vật tư, phụ kiện kèm theo đầy đủ, đảm bảo thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.</li><li>- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</li><li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.</li><li>- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng.</li><li>- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao.</li></ul> <p><b>2.2.2. Thông số kỹ thuật.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lưu lượng đầu ra: 60L /phút</li><li>- Áp lực đầu ra liên tục: 0,35 Mpa</li><li>- Lưu lượng đỉnh: 160L /phút</li><li>- Điện áp / Tần số: 220V / 50-60Hz, 500VA</li><li>- Kết nối đầu ra: DISS 1160-A (3/4"-16UNF)</li><li>- Mức âm thanh dB (A): 49-52dB (A)</li><li>- Phương thức hoạt động: Liên tục</li><li>- Tách nước ngưng tụ: Tự động</li></ul>	Máy	01	

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Áp suất đầu ra: 0,3Mpa-0,5Mpa (3bar-5bar)</li><li>- Dung tích bình chứa khí: 1.4L</li><li>- Áp suất hoạt động của van an toàn: 6,5bar</li><li>- Điều chỉnh áp suất khí đầu ra: Bộ điều chỉnh áp suất</li></ul> <p><b>3. Các yêu cầu đi kèm.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Phù hợp cho máy thở của bệnh viện.</li><li>- Độ ồn thấp, vận hành êm ái</li><li>- Bảo hành toàn bộ máy nén khí khô trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao máy nén khí khô đưa vào sử dụng.</li></ul>			
--	---	--	--	--

---