

Số 03 -KH/QĐ-BVP

Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
“ V/v công khai kế hoạch mua Máy nén khí y tế”

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 144/2017 /TT- BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Trưởng phòng TCKT Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định về việc công khai kế hoạch mua Máy nén khí y tế.

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1: Công bố công khai kế hoạch mua Máy nén khí y tế: Thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của bệnh viện Phổi Tỉnh Nam Định.

Đường link: Benhvienphoitinhnamdinh.vn(có kế hoạch kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Phòng TC – HC, phòng tài chính kế toán và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT.



Số: 74/KH-BVP

Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2025.

KẾ HOẠCH

Mua sắm, lắp đặt máy nén khí khô (máy nén khí y tế) cho máy thở Evita V600 (Seri: ASPJ-0118) của Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định

Căn cứ biên bản kiểm tra tình trạng máy nén khí cho máy thở Evita V600 (Seri: ASPJ-0118) của bệnh viện, nhu cầu của khoa Cấp cứu cần máy nén khí cho máy thở sử dụng cho người bệnh trong thời gian điều trị tại bệnh viện;

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng khoa học bệnh viện

Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch mua sắm, lắp đặt máy nén khí khô (máy nén khí y tế) cho máy thở của khoa Cấp cứu của Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định cụ thể như sau:

1. Tên kế hoạch, dự toán gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy nén khí khô (máy nén khí y tế) cho máy thở Evita V600 (Seri: ASPJ-0118) của Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định

2. Thời gian triển khai:

Dự kiến bắt đầu từ tháng 3 năm 2025.

3. Dự kiến công việc, số lượng, chủng loại, chất liệu, mẫu mã như sau:

3.1.Số Lượng: 01 máy (có phụ lục kèm theo)

3.2.Chủng loại thiết bị

3.2.1.Yêu cầu chung:

-Tính năng chung: Thiết kế dùng cho máy thở

-Hàng mới 100%

-Năm sản xuất: 2024 trở về sau

3.2.2. Yêu cầu chi tiết:

a/Cấu hình cung cấp:

-Máy chính có xe đẩy và khóa bánh

-Phin lọc: 01 cái.

-Dây dẫn khí: 01 cái.

b/Yêu cầu và Thông số kỹ thuật.

Yêu cầu:

-Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp; Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ do nhà sản xuất cấp) hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất; Hồ sơ nhập khẩu gồm: Tờ khai hải quan; Invoice nhập khẩu; Vận đơn vận chuyển; Danh mục đóng gói (Packing list);

-Vật tư, phụ kiện kèm theo đầy đủ, đảm bảo thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.

-Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

-Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.

-Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng.

-Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao.

Thông số kỹ thuật.

- Lưu lượng đầu ra: 60L /phút
- Áp lực đầu ra liên tục: 0,35 Mpa
- Lưu lượng đỉnh: 160L /phút
- Điện áp / Tần số: 220V / 50-60Hz, 500VA
- Kết nối đầu ra: DISS 1160-A (3/4 ”-16UNF)
- Mức âm thanh dB (A): 49-52dB (A)
- Phương thức hoạt động: Liên tục
- Tách nước ngưng tụ: Tự động
- Áp suất đầu ra: 0,3Mpa-0,5Mpa (3bar-5bar)
- Dung tích bình chứa khí: 1.4L
- Áp suất hoạt động của van an toàn: 6,5bar
- Điều chỉnh áp suất khí đầu ra: Bộ điều chỉnh áp suất

3.2.3. Các yêu cầu đi kèm.

- Phù hợp cho máy thở của bệnh viện.
- Độ ồn thấp, vận hành êm ái

3.2.4. Yêu cầu khác:

- Bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Tối thiểu 6 tháng/ lần
- Lắp đặt, chạy thử, bàn giao đào tạo, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng

-Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt khi bàn giao thiết bị

-Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa

-Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế tối thiểu trong vòng 5 năm sau khi hết hạn bảo hành

-Thời gian giao hàng: 30 ngày

4. Dự kiến tổng mức mua sắm: Dưới 100 triệu đồng.

5. Kinh phí: Từ nguồn thu BHYT, viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Trên đây là kế hoạch Mua sắm, lắp đặt Máy nén khí khô (máy nén khí y tế) cho máy thở Evita V600 (Seri: ASPJ-0118) của Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định./.

Nơi nhận:

- Đăng công khai trên Website;
- Lưu TC-HC, VT.

