

Số 08-KH/QĐ-BVP

Ninh Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v công khai kế hoạch mua Tủ an toàn sinh học cấp II”

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 144/2017 /TT- BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Trưởng phòng TCKT Bệnh viện Phổi Nam Định về việc công khai kế hoạch mua Tủ an toàn sinh học cấp II.

QUYẾT ĐỊNH;


Điều 1: Công bố công khai kế hoạch mua máy Tủ an toàn sinh học cấp II: Thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của bệnh viện Phổi Nam Định. Đường link: Benhvienphoitinhnamdinh.vn(có kế hoạch kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Phòng TC – HC, phòng tài chính kế toán và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT.

Q. GIÁM ĐỐC

Vũ Quang Phúc

Số: 205/KH-BVP

Thiên Trường, ngày 24 tháng 07 năm 2025.

KẾ HOẠCH

Mua sắm, lắp đặt tủ an toàn sinh học cấp II (Biosafety cabinet class II) của Bệnh viện Phổi Nam Định

Căn cứ biên bản kiểm tra tình trạng tủ an toàn sinh học cấp II của bệnh viện, nhu cầu của khoa Cận lâm sàng cần tủ an toàn sinh học cấp II sử dụng phục vụ công tác chuyên môn.

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng khoa học bệnh viện

Bệnh viện Phổi Nam Định xây dựng kế hoạch mua sắm, lắp đặt tủ an toàn sinh học cấp II (Biosafety cabinet class II) của khoa Cận lâm sàng Bệnh viện Phổi Nam Định cụ thể như sau:

1. Tên kế hoạch, dự toán gói thầu: Cung cấp, lắp đặt tủ an toàn sinh học cấp II (Biosafety cabinet class II) của Bệnh viện Phổi Nam Định

2. Thời gian triển khai:

Dự kiến bắt đầu từ tháng 07 năm 2025.

3. Dự kiến công việc, số lượng, chủng loại, chất liệu, mẫu mã như sau:

3.1.Số Lượng: 01 cái (có phụ lục kèm theo)

3.2.Chủng loại thiết bị

3.2.1.Yêu cầu chung:

-Tính năng chung: Bảo vệ người sử dụng, môi trường và mẫu vật xét nghiệm

-Hàng mới 100%

-Năm sản xuất: 2025 trở về sau

3.2.2. Yêu cầu chi tiết:

a/Cấu hình cung cấp:

- Phần trước mặt tủ nghiêng 10 độ giúp người vận hành có cảm giác thoải mái khi đứng thao tác.

- Khay làm việc bằng thép không gỉ có khoan lỗ làm tăng hiệu quả luân chuyển dòng khí, khay có thể dễ dàng tháo ra trong quá trình vệ sinh khu thao tác

- Dòng khí hồi lưu 70%, 30% khí còn lại được thổi qua lọc HEPA trước khi ra ngoài môi trường

- Chiều cao cửa làm việc: 20cm

- Vật liệu trong tủ bằng inox 304

b/Yêu cầu và Thông số kỹ thuật.

Yêu cầu:

-Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp; Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ do nhà sản xuất cấp) hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất; Hồ sơ nhập khẩu (nếu là hàng nhập khẩu) gồm: Tờ khai hải quan; Invoice nhập khẩu; Vận đơn vận chuyển; Danh mục đóng gói (Packing list);

-Vật tư, phụ kiện kèm theo đầy đủ, đảm bảo thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.

-Có giấy chứng nhận thử nghiệm của đơn vị có chức năng hiệu chuẩn.

-Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

-Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.

-Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng.

-Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo hành 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao.

Thông số kỹ thuật.

- Tốc độ dòng khí xuống: 0.3 - 0.5m/s

- Tốc độ dòng khí vào: ≥ 0.4 m/s

- Lọc HEPA

- Cường độ đèn chiếu sáng: >700 lux

- Quạt thổi chuyên dụng độ ồn khi vận hành: <63 dBA

- Đèn UV loại 15W, bước sóng 254nm

- Đèn LED chiếu sáng công suất 18W

- Điều khiển đèn chiếu sáng, đèn UV, quạt bằng: nút bấm, phím cảm ứng hoặc điều khiển từ xa

- Cửa trượt bằng kính cường lực dày 5mm

3.2.3. Các yêu cầu đi kèm.

-Đảm bảo phục vụ nhu cầu chuyên môn của bệnh viện.

-Độ ồn thấp, sử dụng màng lọc HEPA

3.2.4. Yêu cầu khác:

-Bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Tối thiểu 6 tháng/ lần

-Lắp đặt, chạy thử, bàn giao đào tạo, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng

-Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt khi bàn giao thiết bị

-Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng hóa

-Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế tối thiểu trong vòng 5 năm sau khi hết hạn bảo hành

-Thời gian giao hàng: 30 ngày

4. Dự kiến tổng mức mua sắm: Dưới 100 triệu đồng.

5. Kinh phí: Từ nguồn thu BHYT, viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Trên đây là kế hoạch Mua sắm, lắp đặt tủ an toàn sinh học cấp II (Biosafety cabinet class II) của Bệnh viện Phổi Nam Định./.

Nơi nhận:

-Đăng công khai trên Website;

-Lưu TC-HC, VT.



Phụ lục
(Kèm theo Kế hoạch ngày 24 tháng 07 năm 2025)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu
1	Tủ an toàn sinh học cấp II (Biosafety cabinet class II)	Cái	01	-Tính năng chung: Bảo vệ người sử dụng, môi trường và mẫu vật xét nghiệm -Hàng mới: 100% -Năm sản xuất: 2025 trở về sau -Máy chính: 01 cái -Đảm bảo phục vụ chuyên môn của bệnh viện -Độ ồn thấp, sử dụng màng lọc HEPA -Tài liệu HDSD Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ